

放射能測定結果報告書

株式会社ナック クリクラ事業本部 殿
埼玉県本庄市児玉町児玉2256



株式会社 化研
本社・水戸研究所 技術部
〒310-0903茨城県水戸市堀町1044番地
技術管理者 田仲 睦



令和4年7月7日 ご依頼の以下の試料の測定結果についてご報告いたします。

| | |
|-------------------|-----------------------|
| 試料名 [※] | (株)ナック クリクラ仙台プラント 製品水 |
| 採取場所 [※] | - |
| 採取日時 [※] | 令和4年7月4日 15時52分 |
| 採取者 [※] | - |

| | |
|------|-----------------|
| 測定日時 | 令和4年7月7日 11時07分 |
|------|-----------------|

| 測定項目 | 測定結果 | 検出下限値 | 基準値 | 単位 |
|---------|--------|-------|------|-------|
| 放射性ヨウ素 | I-131 | 検出されず | <0.5 | Bq/kg |
| 放射性セシウム | Cs-134 | 検出されず | <0.9 | Bq/kg |
| | Cs-137 | 検出されず | <0.7 | Bq/kg |

減衰補正基準日時:減衰補正無し

測定条件

- ・測定機器: ゲルマニウム半導体検出器 (ORTEC GEM-30) Ge-C
- ・測定者: 小松崎 優子
- ・試料容器: 2 Lマリネリ容器
- ・試料質量: 2000 g
- ・測定時間: 1200秒
- ・測定方法からの逸脱:無し

基準値 (Cs-134, Cs-137): 「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」

(平成24年3月15日 厚生労働省食安発0315第1号)

試験方法 (I-131): 緊急時における食品の放射能測定マニュアル

(平成14年3月 厚生労働省)

第2章 食品中の放射能の各種分析法

2 ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメリーによる核種分析法

(Cs-134, Cs-137): 食品中の放射性セシウム検査法

(平成24年3月15日 厚生労働省食安発0315 第4号 別添)

備考

※: 記載事項はご依頼者の提供によるものです。

測定結果は依頼主より受取った試験品目に限定したものです。

様式5-10 2022.4.1

試験所による承認がない限り、この放射能測定結果報告書の一部を複製して用いることは、禁止されています。

この放射能測定結果報告書は、ISO/IEC17025に基づき、日本適合性認定協会(JAB)に認定された試験所が発行したものです。

放射能測定結果報告書

株式会社ナック クリクラ事業本部 殿
埼玉県本庄市児玉町児玉2256



株式会社 化研
本社・水戸研究所 技術部
〒310-0909 茨城県水戸市堀町1044番地
技術管理者 田仲 睦

令和4年7月6日 ご依頼の以下の試料の測定結果についてご報告いたします。

| | |
|-------------------|------------------------|
| 試料名 [※] | (株)ナック クリクラ宇都宮プラント 製品水 |
| 採取場所 [※] | - |
| 採取日時 [※] | 令和4年7月4日 9時34分 |
| 採取者 [※] | - |

| | |
|------|-----------------|
| 測定日時 | 令和4年7月6日 10時34分 |
|------|-----------------|

| 測定項目 | 測定結果 | 検出下限値 | 基準値 | 単位 |
|---------|--------|-------|------|-------|
| 放射性ヨウ素 | I-131 | 検出されず | <0.6 | Bq/kg |
| 放射性セシウム | Cs-134 | 検出されず | 10 | Bq/kg |
| | Cs-137 | 検出されず | | Bq/kg |

減衰補正基準日時:減衰補正無し

測定条件

- ・測定機器: ゲルマニウム半導体検出器 (ORTEC GEM-30) Ge-C
- ・測定者: 今井 隆太郎
- ・試料容器: 2 Lマリネリ容器
- ・試料質量: 2000 g
- ・測定時間: 1200秒
- ・測定方法からの逸脱:無し

基準値 (Cs-134、Cs-137): 「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」

(平成24年3月15日 厚生労働省食安発0315第1号)

試験方法

(I-131): 緊急時における食品の放射能測定マニュアル

(平成14年3月 厚生労働省)

第2章 食品中の放射能の各種分析法

2 ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメリーによる核種分析法

(Cs-134、Cs-137): 食品中の放射性セシウム検査法

(平成24年3月15日 厚生労働省食安発0315 第4号 別添)

備考

※: 記載事項はご依頼者の提供によるものです。

測定結果は依頼主より受取った試験品目に限定したものです。

様式5-10 2022.4.1

試験所による承認がない限り、この放射能測定結果報告書の一部を複製して用いることは、禁止されています。

この放射能測定結果報告書は、ISO/IEC17025に基づき、日本適合性認定協会(JAB)に認定された試験所が発行したものです。

放射能測定結果報告書

株式会社ナック クリクラ事業本部 殿
埼玉県本庄市児玉町児玉2256



株式会社 化一研
本社・水戸研究所 技術部
〒310-0908茨城県水戸市堀町1044番地
技術管理者 田仲 睦



令和4年7月4日 ご依頼の以下の試料の測定結果についてご報告いたします。

| | |
|--------|---------------------|
| 試料名** | (株)ナック クリクラ本庄工場 製品水 |
| 採取場所** | - |
| 採取日時** | 令和4年7月1日 10時14分 |
| 採取者** | - |

| | |
|------|-----------------|
| 測定日時 | 令和4年7月4日 11時25分 |
|------|-----------------|

| 測定項目 | 測定結果 | 検出下限値 | 基準値 | 単位 |
|---------|--------|-------|------|-------|
| 放射性ヨウ素 | I-131 | 検出されず | <0.9 | Bq/kg |
| 放射性セシウム | Cs-134 | 検出されず | 10 | Bq/kg |
| | Cs-137 | 検出されず | | Bq/kg |

減衰補正基準日時:減衰補正無し

測定条件

- ・測定機器: ゲルマニウム半導体検出器(ORTEC GEM-30) Ge-D
- ・測定者: 鈴木 潤
- ・試料容器: 2 Lマリネリ容器
- ・試料質量: 2000 g
- ・測定時間: 1200秒
- ・測定方法からの逸脱:無し

基準値(Cs-134、Cs-137):「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」

(平成24年3月15日 厚生労働省食安発0315第1号)

試験方法

(I-131):緊急時における食品の放射能測定マニュアル

(平成14年3月 厚生労働省)

第2章 食品中の放射能の各種分析法

2 ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法

(Cs-134、Cs-137):食品中の放射性セシウム検査法

(平成24年3月15日 厚生労働省食安発0315 第4号 別添)

備考

※:記載事項はご依頼者の提供によるものです。

測定結果は依頼主より受取った試験品目に限定したものです。

様式5-10 2022.4.1

試験所による承認がない限り、この放射能測定結果報告書の一部を複写して用いることは、禁止されています。

この放射能測定結果報告書は、ISO/IEC17025に基づき、日本適合性認定協会(JAB)に認定された試験所が発行したものです。

放射能測定結果報告書

株式会社ナック クリクラ事業本部 殿
埼玉県本庄市児玉町児玉2256



株式会社 化研
本社・水戸研究所 技術部
〒310-0903茨城県水戸市堀町1044番地
技術管理者 田仲 睦



令和4年7月26日 ご依頼の以下の試料の測定結果についてご報告いたします。

| | |
|-------------------|-----------------------|
| 試料名 [※] | (株)ナック クリクラ和光プラント 製品水 |
| 採取場所 [※] | - |
| 採取日時 [※] | 令和4年7月25日 10時30分 |
| 採取者 [※] | - |

| | |
|------|-----------------|
| 測定日時 | 令和4年7月26日 9時52分 |
|------|-----------------|

| 測定項目 | 測定結果 | 検出下限値 | 基準値 | 単位 |
|---------|--------|-------|------|-------|
| 放射性ヨウ素 | I-131 | 検出されず | <0.8 | Bq/kg |
| 放射性セシウム | Cs-134 | 検出されず | 10 | Bq/kg |
| | Cs-137 | 検出されず | | <0.9 |

減衰補正基準日時:減衰補正無し

測定条件

- ・測定機器: ゲルマニウム半導体検出器 (ORTEC GEM-30) Ge-C
- ・測定者: 鈴木 潤
- ・試料容器: 2 Lマリネリ容器
- ・試料質量: 2000 g
- ・測定時間: 1200秒
- ・測定方法からの逸脱:無し

基準値 (Cs-134, Cs-137): 「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」

(平成24年3月15日 厚生労働省食安発0315第1号)

試験方法

(I-131): 緊急時における食品の放射能測定マニュアル

(平成14年3月 厚生労働省)

第2章 食品中の放射能の各種分析法

2 ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメリーによる核種分析法

(Cs-134, Cs-137): 食品中の放射性セシウム検査法

(平成24年3月15日 厚生労働省食安発0315 第4号 別添)

備考

※: 記載事項はご依頼者の提供によるものです。

測定結果は依頼主より受取った試験品目に限定したものです。

様式5-10 2022.4.1

試験所による承認がない限り、この放射能測定結果報告書の一部を複製して用いることは、禁止されています。

この放射能測定結果報告書は、ISO/IEC17025に基づき、日本適合性認定協会(JAB)に認定された試験所が発行したものです。

放射能測定結果報告書

株式会社ナック クリクラ事業本部 殿
埼玉県本庄市児玉町児玉2256



株式会社 化研
本社・水戸研究所 技術部
〒310-0903茨城県水戸市堀町1044番地
技術管理者 田仲 睦



令和4年7月25日 ご依頼の以下の試料の測定結果についてご報告いたします。

| | |
|-------------------|-----------------------|
| 試料名 [※] | (株)ナック クリクラ千葉プラント 製品水 |
| 採取場所 [※] | - |
| 採取日時 [※] | 令和4年7月20日 16時57分 |
| 採取者 [※] | - |

| | |
|------|-----------------|
| 測定日時 | 令和4年7月26日 9時25分 |
|------|-----------------|

| 測定項目 | 測定結果 | 検出下限値 | 基準値 | 単位 |
|---------|--------|-------|------|-------|
| 放射性ヨウ素 | I-131 | 検出されず | <0.6 | Bq/kg |
| 放射性セシウム | Cs-134 | 検出されず | 10 | Bq/kg |
| | Cs-137 | 検出されず | | <0.7 |

減衰補正基準日時:減衰補正無し

測定条件

- ・測定機器: ゲルマニウム半導体検出器 (ORTEC GEM-30) Ge-C
- ・測定者: 鈴木 潤
- ・試料容器: 2 Lマリネリ容器
- ・試料質量: 2000 g
- ・測定時間: 1200秒
- ・測定方法からの逸脱:無し

基準値 (Cs-134, Cs-137): 「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」

(平成24年3月15日 厚生労働省食安発0315第1号)

試験方法

(I-131): 緊急時における食品の放射能測定マニュアル

(平成14年3月 厚生労働省)

第2章 食品中の放射能の各種分析法

2 ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメリーによる核種分析法

(Cs-134, Cs-137): 食品中の放射性セシウム検査法

(平成24年3月15日 厚生労働省食安発0315 第4号 別添)

備考

※: 記載事項はご依頼者の提供によるものです。

測定結果は依頼主より受取った試験品目に限定したものです。

様式5-10 2022.4.1

試験所による承認がない限り、この放射能測定結果報告書の一部を複製して用いることは、禁止されています。

この放射能測定結果報告書は、ISO/IEC17025に基づき、日本適合性認定協会(JAB)に認定された試験所が発行したものです。

放射能測定結果報告書

株式会社ナック クリクラ事業本部 殿
埼玉県本庄市児玉町児玉2256



株式会社 化研
本社・水戸研究所 技術部
〒310-0903茨城県水戸市堀町1044番地
技術管理者 田仲 睦



令和4年7月6日 ご依頼の以下の試料の測定結果についてご報告いたします。

| | |
|-------------------|---------------------|
| 試料名 [※] | (株)ナック クリクラ町田工場 製品水 |
| 採取場所 [※] | - |
| 採取日時 [※] | 令和4年7月4日 12時26分 |
| 採取者 [※] | - |

| | |
|------|-----------------|
| 測定日時 | 令和4年7月6日 10時56分 |
|------|-----------------|

| 測定項目 | 測定結果 | 検出下限値 | 基準値 | 単位 |
|---------|--------|-------|------|-------|
| 放射性ヨウ素 | I-131 | 検出されず | <0.6 | Bq/kg |
| 放射性セシウム | Cs-134 | 検出されず | 10 | Bq/kg |
| | Cs-137 | 検出されず | | Bq/kg |

減衰補正基準日時:減衰補正無し

測定条件

- ・測定機器: ゲルマニウム半導体検出器 (ORTEC GEM-30) Ge-C
- ・測定者: 今井 隆太郎
- ・試料容器: 2 Lマリネリ容器
- ・試料質量: 2000 g
- ・測定時間: 1200秒
- ・測定方法からの逸脱:無し

基準値 (Cs-134, Cs-137): 「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」

(平成24年3月15日 厚生労働省食安発0315第1号)

試験方法

(I-131): 緊急時における食品の放射能測定マニュアル

(平成14年3月 厚生労働省)

第2章 食品中の放射能の各種分析法

2 ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメリーによる核種分析法

(Cs-134, Cs-137): 食品中の放射性セシウム検査法

(平成24年3月15日 厚生労働省食安発0315 第4号 別添)

備考

※: 記載事項はご依頼者の提供によるものです。

測定結果は依頼主より受取った試験品目に限定したものです。

様式5-10 2022.4.1

試験所による承認がない限り、この放射能測定結果報告書の一部を複製して用いることは、禁止されています。

この放射能測定結果報告書は、ISO/IEC17025に基づき、日本適合性認定協会(JAB)に認定された試験所が発行したものです。

放射能測定結果報告書

株式会社ナック クリクラ事業本部 殿
埼玉県本庄市児玉町児玉2256



株式会社 化研
本社・水戸研究所 技術部
〒310-0903茨城県水戸市堀町1044番地
技術管理者 田仲 睦



令和4年7月6日 ご依頼の以下の試料の測定結果についてご報告いたします。

| | |
|-------------------|------------------------|
| 試料名 [※] | 横浜倉庫(株) クリクラ品川プラント 製品水 |
| 採取場所 [※] | - |
| 採取日時 [※] | 令和4年7月5日 8時39分 |
| 採取者 [※] | - |

| | |
|------|-----------------|
| 測定日時 | 令和4年7月6日 11時33分 |
|------|-----------------|

| 測定項目 | 測定結果 | 検出下限値 | 基準値 | 単位 |
|---------|--------|-------|------|-------|
| 放射性ヨウ素 | I-131 | 検出されず | <0.7 | Bq/kg |
| 放射性セシウム | Cs-134 | 検出されず | 10 | Bq/kg |
| | Cs-137 | 検出されず | | Bq/kg |

減衰補正基準日時:減衰補正無し

測定条件

- ・測定機器: ゲルマニウム半導体検出器 (ORTEC GEM-30) Ge-C
- ・測定者: 今井 隆太郎
- ・試料容器: 2 Lマリネリ容器
- ・試料質量: 2000 g
- ・測定時間: 1200秒
- ・測定方法からの逸脱:無し

基準値 (Cs-134, Cs-137): 「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」

(平成24年3月15日 厚生労働省食安発0315第1号)

試験方法

(I-131): 緊急時における食品の放射能測定マニュアル

(平成14年3月 厚生労働省)

第2章 食品中の放射能の各種分析法

2 ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメリーによる核種分析法

(Cs-134, Cs-137): 食品中の放射性セシウム検査法

(平成24年3月15日 厚生労働省食安発0315 第4号 別添)

備考

※: 記載事項はご依頼者の提供によるものです。

測定結果は依頼主より受取った試験品目に限定したものです。

様式5-10 2022.4.1

試験所による承認がない限り、この放射能測定結果報告書の一部を複写して用いることは、禁止されています。

この放射能測定結果報告書は、ISO/IEC17025に基づき、日本適合性認定協会(JAB)に認定された試験所が発行したものです。

放射能測定結果報告書

株式会社ナック クリクラ事業本部 殿
埼玉県本庄市児玉町児玉2256



株式会社 化研
本社・水戸研究所 技術部
〒310-0903茨城県水戸市堀町1044番地
技術管理者 田仲 睦



令和4年7月5日 ご依頼の以下の試料の測定結果についてご報告いたします。

| | |
|-------------------|------------------------|
| 試料名 [※] | 横浜倉庫(株) クリクラ鈴繁プラント 製品水 |
| 採取場所 [※] | - |
| 採取日時 [※] | 令和4年7月4日 9時38分 |
| 採取者 [※] | - |

| | |
|------|-----------------|
| 測定日時 | 令和4年7月5日 11時58分 |
|------|-----------------|

| 測定項目 | 測定結果 | 検出下限値 | 基準値 | 単位 | |
|---------|--------|-------|------|----|-------|
| 放射性ヨウ素 | I-131 | 検出されず | <0.6 | - | Bq/kg |
| 放射性セシウム | Cs-134 | 検出されず | <0.7 | 10 | Bq/kg |
| | Cs-137 | 検出されず | <0.8 | | Bq/kg |

減衰補正基準日時:減衰補正無し

測定条件

- ・測定機器: ゲルマニウム半導体検出器 (ORTEC GEM-30) Ge-C
- ・測定者: 鈴木 潤
- ・試料容器: 2 Lマリネリ容器
- ・試料質量: 2000 g
- ・測定時間: 1200秒
- ・測定方法からの逸脱:無し

基準値 (Cs-134, Cs-137): 「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」

(平成24年3月15日 厚生労働省食安発0315第1号)

試験方法

(I-131): 緊急時における食品の放射能測定マニュアル

(平成14年3月 厚生労働省)

第2章 食品中の放射能の各種分析法

2 ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法

(Cs-134, Cs-137): 食品中の放射性セシウム検査法

(平成24年3月15日 厚生労働省食安発0315 第4号 別添)

備考

※: 記載事項はご依頼者の提供によるものです。

測定結果は依頼主より受取った試験品目に限定したものです。

様式5-10 2022.4.1

試験所による承認がない限り、この放射能測定結果報告書の一部を複製して用いることは、禁止されています。

この放射能測定結果報告書は、ISO/IEC17025に基づき、日本適合性認定協会(JAB)に認定された試験所が発行したものです。

放射能測定結果報告書

株式会社ナック クリクラ事業本部 殿
埼玉県本庄市児玉町児玉2256



株式会社 化一研
本社・水戸研究所 技術部
〒310-0903茨城県水戸市堀町1044番地
技術管理者 田仲 睦



令和4年7月4日 ご依頼の以下の試料の測定結果についてご報告いたします。

| | |
|-------------------|------------------------|
| 試料名 [※] | 横浜倉庫(株) クリクラ綾瀬プラント 製品水 |
| 採取場所 [※] | - |
| 採取日時 [※] | 令和4年7月1日 8時45分 |
| 採取者 [※] | - |

| | |
|------|-----------------|
| 測定日時 | 令和4年7月4日 11時01分 |
|------|-----------------|

| 測定項目 | 測定結果 | 検出下限値 | 基準値 | 単位 |
|---------|--------|-------|------|-------|
| 放射性ヨウ素 | I-131 | 検出されず | <0.7 | Bq/kg |
| 放射性セシウム | Cs-134 | 検出されず | 10 | Bq/kg |
| | Cs-137 | 検出されず | | Bq/kg |

減衰補正基準日時:減衰補正無し

測定条件

- ・測定機器: ゲルマニウム半導体検出器(ORTEC GEM-30) Ge-D
- ・測定者: 鈴木 潤
- ・試料容器: 2 Lマリネリ容器
- ・試料質量: 2000 g
- ・測定時間: 1200秒
- ・測定方法からの逸脱:無し

基準値(Cs-134、Cs-137):「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」

(平成24年3月15日 厚生労働省食安発0315第1号)

試験方法

(I-131):緊急時における食品の放射能測定マニュアル

(平成14年3月 厚生労働省)

第2章 食品中の放射能の各種分析法

2 ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメリーによる核種分析法

(Cs-134、Cs-137):食品中の放射性セシウム検査法

(平成24年3月15日 厚生労働省食安発0315 第4号 別添)

備考

※:記載事項はご依頼者の提供によるものです。

測定結果は依頼主より受取った試験品目に限定したものです。

様式5-10 2022.4.1

試験所による承認がない限り、この放射能測定結果報告書の一部を複写して用いることは、禁止されています。

この放射能測定結果報告書は、ISO/IEC17025に基づき、日本適合性認定協会(JAB)に認定された試験所が発行したものです。