

報告書番号

F11-2024-1089

D24065587

株式会社 ナック 様


試験結果報告書



分析試験結果書

令和 6 年 7 月 5 日

水道法第 20 条登録検査機関(登録番号第 16 号)
 〒260-0024 千葉市中央区中央港1-12-11
 一般財団法人 千葉県薬剤師会検査センター
 TEL 043(242)5940



検体番号 D24065587

令和 6 年 6 月 28 日 受付の検体について検査した結果は下記のとおりです。

依頼者	東京都新宿区西新宿 1-25-1				
探水年月日	令和 6 年 6 月 25 日 15 時 50 分	天候	前日	当日	様
種別		環境調査	気温	水温	残留塩素
探水地点	クリクラ北海道 ボトルドウォーター				
探水者	竹田直樹 (所属)				

試験項目	結果			分析方法
ペルフルオロオクタン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	1	ng/L	未満	固相抽出-LC/MS/MS法
ペルフルオロオクタン酸 (PFOS)	1	ng/L	未満	固相抽出-LC/MS/MS法
ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	1	ng/L	未満	固相抽出-LC/MS/MS法

備考	水質管理目標設定項目目標値 (0.00005mg/L以下 (暫定)) に適合している
----	---

検査期日	令和 6 年 6 月 28 日 ~ 令和 6 年 7 月 4 日
検査責任者	技術検査部長 粕谷 智浩